

Guía del usuario

EXTECH[®]
INSTRUMENTS

A FLIR COMPANY

Pinza amperimétrica CA flexible

3000 Amperios / 600 Voltios

Modelo 382400



Introducción

Agradecemos su compra de la pinza amperimétrica para CA Modelo 382400 de Extech.
Características del modelo 382400:

- Medición de valores eficaces verdaderos (RMS) CA
- Corriente máxima 3000 A
- Voltaje máximo 600 V
- Rápida retención de picos
- Funciones MAX-MIN y retención de datos
- Apagado automático

Este medidor se embarca completamente probado y calibrado. El uso cuidadoso de este medidor le proveerá muchos años de servicio confiable.

Seguridad

Señales internacionales de seguridad



Esta señal adyacente a otra señal o terminal, indica que el usuario debe referirse al manual para mayor información.



Esta señal, adyacente a una terminal, indica que, bajo uso normal, pueden existir voltajes peligrosos



Doble aislante

NOTAS DE SEGURIDAD

- No exceda las escalas de medición máximas permisibles.
- Fije el selector de función en la posición apagado (OFF) cuando el medidor no esté en uso.
- Quite las baterías del medidor si no lo va a usar durante períodos mayores a 60 días.

ADVERTENCIAS

- No coloque la pinza flexible para corriente sobre conductores sin aislante con voltajes entre 30 V a 600 V salvo que use vestimenta y guantes de protección adecuados para trabajo con alto voltaje.
- Siempre inspeccione y revise la integridad de la pinza amperimétrica antes de usar. No use la pinza amperimétrica flexible si encuentra cualquier daño.
- No use el medidor en circuitos nominales mayores a 600 V.
- Fije el selector de función en la posición apropiada antes de tomar alguna medida.
- Al medir voltaje no cambie a modo de corriente.

PRECAUCIONES

- El uso inapropiado de este medidor puede causar daños, choque, lesiones o la muerte. Lea y comprenda este manual del usuario antes de operar este medidor.
- Siempre quite los cables de prueba y la quijada de la pinza de circuitos o dispositivos bajo prueba antes de reemplazar la batería o fusibles.
- Tenga gran cuidado al tomar medidas si los voltajes son mayores a 25 VCA rms. Estos voltajes son considerados un peligro de choque.
- Las pruebas de voltaje en contactos eléctricos de pared pueden ser difíciles y erróneos dada la incertidumbre de la conexión con los contactos eléctricos. Deberá usar otros medios para asegurar que las terminales no están "calientes".
- Si el equipo es usado en una manera no especificada por el fabricante, la protección suministrada por el equipo puede ser afectada.

ENTRADA MÁXIMA

Función	Entrada máxima
Corriente (Amperios)	3000 A CA
Voltaje (Voltios)	600 V CA

POR CATEGORÍAS DE SOBREVOLTAJE DE INSTALACIÓN IEC

CATEGORÍA I DE SOBRE VOLTAJE

Equipo CATEGORÍA I DE SOBRE VOLTAJE es equipo para conectar a circuitos en los que se han tomado medidas para limitar los sobre voltajes transitorios a niveles bajos.

Nota – Los ejemplos incluyen circuitos eléctricos protegidos.

CATEGORÍA II DE SOBRE VOLTAJE

El equipo de CATEGORÍA II DE SOBRE VOLTAJE es equipo que consume energía suministrada desde una instalación fija.

Nota – Los ejemplos incluyen equipos eléctricos del hogar, oficina y laboratorio.

CATEGORÍA III DE SOBRE VOLTAJE

El equipo de CATEGORÍA III DE SOBRE VOLTAJE es el equipo en instalaciones fijas.

Nota – Los ejemplos incluyen interruptores en instalaciones fijas y algunos equipos de uso industrial con conexiones permanentes a instalaciones fijas.

CATEGORÍA IV DE SOBRE VOLTAJE


El equipo de CATEGORÍA IV DE SOBRE VOLTAJE es para uso en el origen de la instalación.

Nota – Los ejemplos incluyen medidores de electricidad y el equipo primario de protección de sobre voltaje

Descripción


Descripción del medidor

1. Conductor de la pinza
2. Enchufe COM entrada cable de prueba
3. Enchufe (V) entrada cable de prueba
4. Pantalla LCD
5. Botón modo RETENCIÓN, MIN, MÁX, PICO
6. Selector de función
7. Botón pulsador selector 50/60 Hz
8. Detector de pinza flexible
9. Mecanismo de acoplamiento de pinza



Descripción de la pantalla

- Retención de datos
- MAX** Lectura máxima
- MIN** Lectura mínima
- Pk** Lectura pico
- Batería débil
- V** Voltios (Voltaje)
- A** Amperios (Corriente)
- HZ** Frecuencia
- AP** Apagado automático
- Signo de menos Indicador negativo en pantalla
- 0 a 9999 Dígitos de medida



Operación


NOTAS: Antes de usar este medidor, lea y comprenda todas las declaraciones de **advertencia** y **precaución** de este manual de operación. SIEMPRE gire el conmutador de función a la posición de apagado (OFF) cuando el medidor no esté en uso.

Medición de corriente CA RMS real

ADVERTENCIA: Asegure que los cables de prueba estén desconectados del medidor antes de tomar medidas de corriente con la pinza.

1. Fije el selector de función en la posición **A**.
2. Seleccione la frecuencia fundamental (50 Hz ó 60 Hz) con el botón pulsador **50 Hz-60 Hz**. La pantalla LCD reflejará la frecuencia seleccionada.
3. Para abrir la pinza, haga presión sobre las trabas de mecanismo de acoplamiento para separar el conector.
4. Encierre completamente un solo conductor centrado dentro del bucle de la pinza flexible. Deje cuando menos 25 mm entre el conductor y el conector de acoplamiento.
5. La pantalla LCD del medidor indicará las lecturas de corriente (A) y frecuencia (Hz).

Nota: Para medidas menores a 3 A, la pantalla de frecuencia indicará '0'.
Indica 'OL' cuando la medición excede los límites máximos especificados.




CA Medición de voltaje RMS real


ADVERTENCIA: La entrada máxima es 600 VCA rms. No intente tomar medidas de voltaje que excedan este límite. Exceder el límite puede causar choque eléctrico y dañar al medidor.

1. Inserte cable negro de prueba en el enchufe negativo **COM** y el cable rojo de prueba en el enchufe positivo **V**.
2. Fije el selector de función en la posición **V**.
3. Seleccione la frecuencia fundamental (50 Hz ó 60 Hz) con el botón pulsador **50 Hz-60 Hz**. La pantalla LCD reflejará la frecuencia seleccionada.
4. Conecte los cables de prueba en paralelo al circuito bajo prueba.
5. Lea la medida de voltaje (V) y frecuencia (Hz) en la pantalla LCD. Indica 'OL' cuando la medición excede los límites máximos especificados.

Nota: Para medidas menores a 30 V, la pantalla de frecuencia del medidor indicará '0'.



Modos de RETENCIÓN DE DATOS, MÁX-MIN y PICO

1. Mida corriente o voltaje como se describió previamente.
2. Presione el botón HOLD para entrar el modo de retención de datos; se muestra el icono . Use el modo de retención de datos para congelar la lectura indicada.
3. Presione de nuevo para entrar a modo MAX. En modo MAX, solo se muestra la lectura más alta. En la pantalla LCD se muestra el icono MAX.
4. Presione de nuevo para entrar a modo MIN. En modo MIN, solo se muestra la lectura más baja. En la pantalla LCD se muestra el icono MIN.
5. Presione de nuevo para entrar a modo PICO. En la pantalla LCD se muestra el icono PEAK.
6. Presione y sostenga el botón retención (HOLD) durante 3 segundos para regresar a modo normal de operación.

Nota: La tasa de muestreo del modo PICO es 39 μ S (50 Hz) ó 33 μ S (60 Hz).
RETENCIÓN, MAX y MIN indican el valor RMS real

Apagado automático

Con el fin de conservar la carga de la batería, el medidor se apaga automáticamente después de aproximadamente 15 minutos. Para encender de nuevo el medidor, gire el selector de función a la posición OFF y enseguida a la función deseada.

Para desactivar la función de apagado automático, presione la tecla **HOLD** al encender el medidor.

Especificaciones

Corriente CA

50/60 Hz, escala automática, RMS real, factor de cresta <4
El conductor debe ser posicionado al centro del bucle flexible

Escala	Resolución	Precisión *
0 a 300.0 ACA	0.1 A	± 1.0% de escala
300.0 a 999.9 A		
1000 a 3000 A	1 A	

*La sensibilidad de posición es 2% de la escala; El efecto de campo externo de < 40 A/m a 200 mm del acoplamiento es 1% de la escala; Coeficiente de temperatura es 0.02% de la lectura/°C.

Voltaje CA

50/60 Hz, escala automática, RMS real, factor de cresta <4, impedancia de entrada 10 M ohmios, protección de sobre carga 800 V

Escala	Resolución	Precisión
4.0 V a 600.0 VCA	0.1 V	± (0.5% lecturas+ 5 dígitos)

Frecuencia

Valor VCA > 30 VCA ó valor ACA > 30 A

Escala	Resolución	Precisión
45 – 65	0.1	± 0.2 Hz

Especificaciones del detector

Longitud del detector	610 mm (24")
Diámetro flexible	35 mm (1.4")
Diámetro del conector	23 (0.9")
Diámetro del cable	14 mm (0.5 ")
Longitud del cable (detector a medidor)	170 mm (6.7")
Longitud del cable (medidor a salida)	170 mm (6.7")

Especificaciones generales

Pantalla	LCD cuatro (4) dígitos (9999 cuentas)
Selección de escala	Automática
Indicación de batería débil	Se muestra el icono de la batería
Indicación de sobre escala	"OL"
Tasa de medición	Dos (2) lecturas por segundo, nominal
Retención de picos	Captura picos a 39 µS (50 Hz) o 33 µS (60 Hz)
Temperatura de operación	-10°C a 85°C (14°F a 185°F)
Temperatura de almacenamiento	-20°C a 85°C (-4°F a 185°F)
Humedad de operación	15% a 85%
Humedad de almacenamiento	15% a 85%
Altitud de operación	2000 m (7000 ft) máx.
Batería	Dos (2) baterías 1.5 V 'AA'
Consumo de energía:	10 mA aprox.
Apagado automático	Después de aprox. 15 minutos
Peso	430 g (15.2 oz.)
Seguridad	Para uso en interiores y en conformidad con los requisitos de doble aislante de EN61010-1-032 Categoría III 600V; Grado de contaminación 2.
Aprobación	CE

Mantenimiento

ADVERTENCIA: Para evitar choque eléctrico, desconecte el medidor de cualquier circuito, retire los cables de prueba de las terminales de entrada y apague el medidor antes de abrir la caja. No opere el medidor con la caja abierta

Inspección

Inspeccione la pinza por daños antes de cada uso; envíe a reparación antes de usar si el daño es evidente.


Limpieza y almacenamiento

Periódicamente limpie el medidor y la pinza con un paño húmedo y detergente suave; no use abrasivos o solventes. Si no usa el medidor durante 60 días o más, retire las baterías y almacene aparte.

Reemplazo de la batería

Cuando aparezca el símbolo de batería débil en el indicador LCD, reemplace las dos baterías AA 1.5 V del medidor.

1. Quite el tornillo cabeza Phillips del centro que asegura la tapa de la batería (vea el diagrama)
2. Abra el compartimiento de la batería
3. Reemplace las baterías 1.5 V 'AA'
4. Cierre el compartimiento de la batería



¡Usted, como el usuario final, es legalmente atado (ordenanza de Batería de UE) volver todas las baterías utilizadas, la disposición en la basura de la casa es prohibida! ¡Puede entregar sus baterías utilizadas/acumuladores en puntos de colección en su comunidad o dondequiera baterías/acumuladores son vendidos! La disposición: Siga las estipulaciones legales válidas en el respeto de la disposición del dispositivo a fines de su ciclo vital

Garantía

EXTECH INSTRUMENTS CORPORATION garantiza este instrumento libre de defectos en partes o mano de obra durante un año a partir de la fecha de embarque (se aplica una garantía limitada a seis meses para los cables y sensores). Si fuera necesario regresar el instrumento para servicio durante o después del periodo de garantía, llame al Departamento de Servicio a Clientes para autorización. Visite nuestra página en Internet www.extech.com para Información de contacto. Se debe otorgar un número de Autorización de Retorno (RA) antes de regresar cualquier producto a Extech. El remitente es responsable de los gastos de embarque, flete, seguro y empaque apropiado para prevenir daños en tránsito. Esta garantía no se aplica a defectos resultantes de las acciones del usuario como el mal uso, alambrado equivocado, operación fuera de las especificaciones, mantenimiento o reparación inadecuada o modificación no autorizada. Extech específicamente rechaza cualesquier garantías implícitas o factibilidad de comercialización o aptitud para cualquier propósito determinado y no será responsable por cualesquier daños directos, indirectos, incidentales o consecuentes. La responsabilidad total de Extech está limitada a la reparación o reemplazo del producto. La garantía precedente es inclusiva y no hay otra garantía ya sea escrita u oral, expresa o implícita.

Servicios de reparación y calibración

Extech ofrece servicios completos de reparación y calibración para todos los productos que vendemos. Extech además provee certificación NIST para la mayoría de los productos. Llame al Departamento de Servicio al Cliente para solicitar información de calibración para este producto. Extech recomienda realizar calibraciones anuales para verificar el desempeño y precisión del medidor.

Ayuda de producto: U.S. 877-439-8324, Intl. 603-324-7800

Soporte Técnico Opción 3, e-mail support@extech.com

Reparación / Retornos: Opción 4, e-mail repair@extech.com

Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin aviso

visite nuestro sitio web www.extech.com

Extech Instruments Corporation, 9 Townsend West, Nashua, NH 03063

ISO 9001 Certified since 1995



c/ Isaac Peral, 6
P.I. Ntra. Sra. de Butarque
28914 Leganés • Madrid
Telf.: 91 649 37 99
Fax: 91 687 66 16
info@gujarrerohermanos.es